



بسمه تعالی

نام دستگاه : اتوکلاو

شماره اموال :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

معاونت درمان - مدیریت تجهیزات پزشکی

فرم نگهداشت پیشگیرانه تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان.....

روزهای ماه																								شاخص روزانه									
روز ۳۱	روز ۳۰	روز ۲۹	روز ۲۸	روز ۲۷	روز ۲۶	روز ۲۵	روز ۲۴	روز ۲۳	روز ۲۲	روز ۲۱	روز ۲۰	روز ۱۹	روز ۱۸	روز ۱۷	روز ۱۶	روز ۱۵	روز ۱۴	روز ۱۳	روز ۱۲	روز ۱۱	روز ۱۰	روز ۹	روز ۸		روز ۷	روز ۶	روز ۵	روز ۴	روز ۳	روز ۲	روز ۱		
																																	بررسی رکورد ر یا پرینتر از نظر کاغذ و قلم
																																	بررسی و کنترل مسیر آب خروجی از نظر گرفتگی یا نشتی
																																	کنترل بخار و فشار هوای فشرده
																																	تمیز کردن فیلتر خروجی چمبر
																																	بررسی فشار و سختی آب ورودی
ماه سوم											ماه دوم											ماه اول											شاخص های هفتگی
توضیحات				هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	توضیحات				هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	توضیحات				هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم										
																																	تمیز کردن سطح خارجی دستگاه و صفحه نمایش
																																	بررسی اتصالات آب و بخار و هوای فشرده از نظر نشتی
																																	بررسی فیلتر باد (روغن گیر و رطوبت گیر)
																																	کنترل تخلیه ژنراتور بخار با فشار ۱ تا ۲ بار
																																	بررسی مخزن مولد بخار
																																	بررسی شیرهای برقی و پنوماتیکی و کنترل صدا و لرزش
																																	بررسی عملکرد دکمه emergency button
ماه سوم											ماه دوم											ماه اول											شاخص های ماهانه
توضیحات				سالم	معیوب	توضیحات				سالم	معیوب	توضیحات				سالم	معیوب	توضیحات				سالم	معیوب										
																																	روانکاری قسمت های متحرک دستگاه
																																	بررسی و روانکاری واشر دور درب
																																	بررسی و کنترل فیلترها
																																	چک کردن لوله کشی ها از نظر پوسیدگی و نشتی
																																	چک کردن تانک های آب



بسمه تعالی

نام دستگاه : اتوکلاو

شماره اموال :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

معاونت درمان - مدیریت تجهیزات پزشکی

فرم نگهداشت پیشگیرانه تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان.....

شاخص های شش ماهه			شش ماه اول			شش ماه دوم		
سالم	معیوب	توضیحات	سالم	معیوب	توضیحات	سالم	معیوب	توضیحات
		بررسی فیلترها و در صورت نیاز تعویض آنها (توسط شرکت سازنده)						
		بررسی لوله کشی ها و تانک های آب از نظر پوسیدگی و نشتی						
		نظافت صافی شیرها (توسط شرکت سازنده)						
		تنظیم ترمومتر دمای محیط و دمای آب (مطابق با توصیه سازنده (در صورت وجود))						
شاخص های سالانه			یکسال			توضیحات		
سالم	معیوب	توضیحات	سالم	معیوب	توضیحات	سالم	معیوب	توضیحات
		بررسی و تکمیل مستندات و اقدامات انجام یافته در خصوص کالیبراسیون، سرویس جنرال، کنترل پمپ وکیوم و در صورت لزوم رسوب زدایی، شستشو المنت ها و سنسورهای مولد با اسید ضد رسوب، آچارکشی اتصالات برق (توسط شرکت سازنده) و کنترل کیفی توسط شرکت های دارای مجوز						

* توجه: بررسی و تکمیل شاخص های روزانه بر عهده کاربر، شاخص های هفتگی بر عهده مسئول بخش مربوطه، شاخص های ماهانه و سالانه بر عهده کارشناس تجهیزات پزشکی مرکز می باشد.