

صوابط ارزیابی و درجه بندی بخش مراقبت ویژه (ICU)

۵۶	کپول اکسژن	۱۵	۱ عدد به ازاء هر تخت
۵۷	دستگاه ساکشن مستقل	۱۵	۱ عدد به ازاء هر ۲ تخت
۵۸	سیستم کسول	۱۵	---
۵۹	سیستم برق شهر و کابل کشی مناسب و استانداردهای حفاظتی	۲۰	---
۶۰	سیستم برق اضطراری	۲۰	---
۶۱	سیستم آب شهری و آب ذخیره	۲۰	---
۶۲	سیستم فاضلاب مناسب	۲۰	---
۶۳	سیستم بهداشت محیط و بهداشت عمومی	۲۵	---
۶۴	سیستم تلویزیون مدار بسته	۵	---
۶۵	سیستم آلود و حفاظت در مقابل آتش سوزی و سایر حوادث	۵۰	---
۶۶	سایر سیستم های بیمارستانی و سایر موارد	۱۵	ذکر مورد ضرورت - حداقل امتیاز این بخش ۷/۵ محاسبه شود
جمع امتیازات فصل ۵ - تأسیسات بیمارستانی			
درصد امتیازات مکتسبه: -----			
نظرات کارشناسان بیمارستان:			
ردیف	و - تجهیزات پزشکی	حداکثر امتیاز	امتیاز مکتسبه
۶۷	وجود سیستم مانیترینگ مناسب ثابت و مرکزی	۲۸	---
۶۸	نصب صحیح سیم کشی مناسب و سرویس دهی منظم مانیترینگ	۲۵	---
۶۹	تست EXTERNAL - PACING	۲۰	---

ضوابط ارزشیابی و درجه بندی بخش مراقبت ویژه (ICU)

۷۰	تخت مخصوص زده دار - ۳ شکن - متحرک - بالا و پایین رو و سایر ضوابط تخت آی سی یو	۳۰	---	
۷۱	دستگاه تنفس مصنوعی (ونیلاتور) با تواناییهای لازم	۶۰	---	۱ عدد به ازاء هر تخت
۷۲	تمهيلات ثابت و سیار برای هر تخت	۲۵	---	نظير فشار خون - درجه حرارت - CVP پایه سرم و ...
۷۳	برقکار و روان و بغل دار یا (حفاظ دار)	۳۰	---	
۷۴	صندلی چرخدار	۳۰	---	
۷۵	تجهيزات بازنگهداشتن راههای هوایی به اندازه کافی	۴۰	---	لارنگوسکوپ یا تیغه های مختلف لوله های آنتی تراکتال مختلف - آمیویگ - ایرودی (Airway) و ...
۷۶	ترالی احیاء مجهز به لوازم بند ۷۵ و کلیه داروهای مورد نیاز	۲۵	---	
۷۷	شیر آلات ، اتصالات ، لوله ها و لوازم مورد نیاز سیستم گازهای طبی	۲۵	---	
۷۸	دستگاه اندازه گیری گازهای خون شریانی و آزمایشگاه مربوطه	۲۵	---	
۷۹	FACE - MAKER موقت ، سیم و تجهیزات مربوطه	۲۵	---	
۸۰	دستگاه الکترود کاردیو گرافی	۲۵	---	
۸۱	وسایل مانیتریگ فشار وریدی مرکزی	۲۵	---	کاتترها - ست استریل - وسائل مصرفی - لوله ها و ...
۸۲	دستگاه دفیبریلاتور	۳۰	---	
۸۳	دستگاه رادیولوژی پرتابل	۳۰	---	وجود در بیمارستان بشرط دسترسی ۲۴ ساعته کافی است
۸۴	تجهيزات سمایشی همودینامیک	۲۵	---	ست های خون و سرم ، فیلترهای مخصوص - میکروست پمپ های انفوزیون - سرنگ ها و ...
۸۵	پالس اکسی متر	۳۶	---	
۸۶	دستگاه الکترود آسفالوگرافی	۱۰	---	وجود یک دستگاه در مجموعه بیمارستان کفایت می کند

صنایع آموزشی و درجه بندی بخش مراقبت ویژه (ICU)

۸۷	برنگو مکرپ فیروایتیک	۲۵	وجود دو بیمارستان و درده سترس بودن ۲۴ ساعته
۸۸	برنگو سکوی دیا	۱۲	در صورت نداشتن فیروایتیک
۸۹	ابزار اندازه گیری فشار داخل جمجمه	۲۵	
۹۰	قفسه داروهای ذخیره مجهز به داروهای مورد نیاز با برچسب	۲۵	وجود بودن لیست داروهای مورد نیاز ملاک میباشد
۹۱	یخچال مخصوص نگهداری دارو و خون	۱۵	
۹۲	یخچال برای سایر مصارف	۱۵	
۹۳	قفسه داروهای اورژانسی و داروهای منظم	۲۵	وجود بودن داروهای مربوطه ملاک میباشد
۹۴	اکوکاردریو گرافی پرنایل	۱۵	وجود بودن در بیمارستان بشرط دسترسی در تمام ۲۴ ساعته کافی است
۹۵	بین مخصوص حمل مواد مصرف شده	۱۲	
۹۶	گاز - دستکش و وسایل حفاظتی پرست	۲۵	ماسک - کلاه - گان - دستکش و احتیاط
۹۷	وسایل اندازه گیری درجه حرارت	۲	مرکزی - دهانی - رکتال به اندازه کافی
۹۸	تشک موج	۳۰	۱ عدد به ازاء هر تخت
۹۹	سایر تجهیزات پزشکی	۲۵	ذکر موارد الزامی است - حداقل امتیاز این بند ۱۲/۵ محاسبه میشود
جمع امتیازات فصل ۱ - تجهیزات پزشکی		۸۵۵	درصد امتیازات مکتسبه :
نظرات کارشناسان بیمه :			
ردیف	ز - سایر موارد	حداکثر امتیاز	امتیاز مکتسبه
۱۰۰	وجود پرونده های کامل و فرمهای مورد نیاز	۲۵	