



- ۱۹- آیا آزمایشگاه اندرولوژی دارای دستگاه هود-سانتری فوژ-انکوباتور-میکروسکوپ-یخچال
- انکوباتور ۳۷ درجه -میکروسکوپ وامکانات آزمایشهای ایمنولوژی PCT-ASA آکروزوم, اسپرم مار میباشد؟
- ۲۰- آیا آزمایشگاه بالینی دارای دستگاه الیزا ریدر با گاما کانتر -سانتری فوژ-هود -فریزر ۲۰-
- انکوباتور ۳۷ درجه -شیکر-اتوکلو -فور-دودستگاه میکروسکوپ و تجهیزات مصرفی میباشد؟
- ۲۱- آیا درمانگاه اندرولوژی دارای اتاق مجزا برای معاینه و نمونه گیری دارد ؟
- ۲۲- آیا برنامه پزشکان و یا سایر کارکنان و آمار عملکرد مرکز ماهانه به معاونت درمان ارسال میگردد؟
- ۲۳- آیا برای امحاء پسماند های عفونی قرارداد با مراکز درمانی دارای دستگاه امحاء منعقد شده است ؟
- ۲۴- آیا اتاق آزمایشگاه IVF دارای میکروسکوپ استریو-میکروسکوپ اینورت -انکوباتور میباشد؟
- ۲۵- آیا اتاق عمل IVF دارای دستگاههای بیهوشی -ساکشن -پالس اکسی متر -
- سونوگرافی با پروپ گایدواژینال -تخت عمل میباشد؟
- ۲۶- اتاق عمل لاپاروسکوپی دارای ست لاپاروسکوپی -ست کامل جراحی -الکتروشوک -وست کامل احیاء میباشد؟
- ۲۷- آیا اتاق برای بیوفریزینگ دارای مواد نیاز فریز و دستگاه فریزینگ میباشد؟
- ۲۸- آیا اتاق برای تهیه آب مخصوص و شستشوی لوازم IVF میباشد؟
- ۲۹- آیا اتاق IVF و انبار لوازم مصرفی -رختشویخانه -CSR- اتاق مخصوص زوجین وجود دارد؟
- ۳۰- آیا فلوجارت و علائم راهنمایی بیمار بطور مطلوب پیش بینی شده است؟
- ۳۱- آیا منبع مناسب جهت ذخیره اب برای مصرف تا ۱۲ ساعت پیش بینی شده است؟
- ۳۲- آیا محوطه مرکز مجهز به سیستم اطفاء حریق مورد تأیید سازمان های ذیربط میباشد؟
- ۳۳- آیا سرویس های بهداشتی به تعداد مناسب برای بیماران و کارکنان به تفکیک جنس وجود دارد؟
- ۳۴- آیا دقت کافی در کد گذاری نمونه ها برای انجام ذخیره و فریز انجام میگردد؟
- ۳۵- آیا مرکز دارای اتاق بایگانی مناسب میباشد ؟

نظریه کارشناسی :