

صوابط آموزشی و درجه بندی بخش مراقبت ویژه (ICU)

۵۶	کپول اکسژن	۱۵	۱ عدد به ازاء هر تخت
۵۷	دستگاه ساکشن مستقل	۱۵	۱ عدد به ازاء هر ۲ تخت
۵۸	سیستم کسول	۱۵	
۵۹	سیستم برق شهر و کابل کشی مناسب و استانداردهای حفاظتی	۲۰	
۶۰	سیستم برق اضطراری	۲۰	
۶۱	سیستم آب شهری و آب ذخیره	۲۰	
۶۲	سیستم فاضلاب مناسب	۲۰	
۶۳	سیستم بهداشت محیط و بهداشت عمومی	۲۵	
۶۴	سیستم تلویزیون مدار بسته	۵	
۶۵	سیستم آلام و حفاظت در مقابل آتش سوزی و سایر حوادث	۵۰	
۶۶	سایر سیستم های بیمارستانی و سایر موارد	۱۵	ذکر مورد ضروریست - حداقل امتیاز این بخش ۷/۵ محاسبه شود
جمع امتیازات فصل ۵ - تاسیسات بیمارستانی		۳۰۰	درصد امتیازات منگنه :
نظرات کارشناسان بیضا :			
ردیف	و - تجهیزات پزشکی	حداکثر امتیاز	توضیحات
۶۷	وجود سیستم مانیتورینگ مناسب ثابت و مرکزی	۲۸	
۶۸	نصب صحیح سهم کشی مناسب و سرویس دهی منظم مانیتورینگ	۲۵	
۶۹	تست EXTERNAL - PACING	۲۰	

ضوابط ارزشیابی و درجه بندی بخش مراقبت ویژه (ICU)

۷۰	تخت مخصوص زده دار - ۳ شکن - متحرک - بالا و پایین رو و سایر ضوابط تخت آی سی یو	۳۰	---
۷۱	دستگاه تنفس مصنوعی (ونیلاتور) با توانیهای لازم	۶۰	۱ عدد به ازاء هر تخت
۷۲	تجهیزات ثابت و سیار برای هر تخت	۲۵	نظیر فشار خون - درجه حرارت - CVP پایه سرم و ...
۷۳	برقکار و روان و بقی دار یا (حفاظ دار)	۳۰	---
۷۴	صندلی چرخدار	۴۰	---
۷۵	تجهیزات بازنگهداشتن راههای هوایی به اندازه کافی	۴۰	لارنگوسکوپ یا تیغه های مختلف لوله های آنتی تراکتال مختلف - آمبولگ - ایرودی (Airway) و ...
۷۶	تراپی احیاء مجهز به لوازم بند ۷۵ و کلیه داروهای مورد نیاز	۲۵	---
۷۷	شیر آلات ، اتصالات ، لوله ها و لوازم مورد نیاز سیستم گازهای طبی	۲۵	---
۷۸	دستگاه اندازه گیری گازهای خون شریانی و آزمایشگاه مربوطه	۲۵	---
۷۹	PACE - MAKER موقت ، سیم و تجهیزات مربوطه	۲۵	---
۸۰	دستگاه الکترو کاردیو گرافی	۲۵	---
۸۱	وسایل مانیپولرینگ فشاروریدی مرکزی	۲۵	کاتترها - ست استریل - وسائل مصرفی - لوله ها و ...
۸۲	دستگاه دفیبریلاتور	۳۰	---
۸۳	دستگاه رادیولوژی پرتابل	۲۰	وجود در بیمارستان بشرط دسترسی ۲۴ ساعته کافی است
۸۴	تجهیزات حسابی همودینامیک	۲۵	ست های خون و سرم ، فیلترهای مخصوص - میکروست پمپ های انفوزیون - سرنگ ها و ...
۸۵	پالس اکسی متر	۲۶	---
۸۶	دستگاه الکترو آنسفالوگرافی	۱۰	وجود یک دستگاه در مجموعه بیمارستان کفایت می کند

ضوابط ارزشیابی و درجه بندی بخش مراقبت ویژه (ICU)

۸۷	برنگوسکوپ فیرواپتیک	۲۵	—	وجود دو بیمارستان و در دسترس بودن ۲۴ ساعته
۸۸	برنگوسکوپ ریه	۱۲	---	در صورت نداشتن فیرواپتیک
۸۹	ابزار اندازه گیری فشار داخل جمجمه	۲۵	—	
۹۰	قفسه داروهای ذخیره مجهز به داروهای مورد نیاز با برچسب	۲۵	—	موجود بودن لیست داروهای مورد نیاز ملاک می باشد
۹۱	پمپال مخصوص نگهداری دارو و خون	۱۵	---	
۹۲	پمپال برای سایر مصارف	۱۵	---	
۹۳	قفسه داروهای اورژانسی و داروهای منقرض	۲۵	—	موجود بودن داروهای مربوطه ملاک می باشد
۹۴	اکوکاردیوگرافی برتایل	۱۵	---	موجود بودن در بیمارستان بشرط دسترسی در تمام ۲۴ ساعت کافی است
۹۵	بین مخصوص حمل مواد مصرف شده	۱۲	---	
۹۶	گان - دستکش و وسایل حفاظتی پرستار	۲۵	---	ماسک - کلاه - گان - دستکش و انگشتر
۹۷	وسایل اندازه گیری درجه حرارت	۲	—	مرکزی - دهانی - رکتال به اندازه کافی
۹۸	تشک موج	۲۰	—	۱ عدد به ازای هر تخت
۹۹	سایر تجهیزات پزشکی	۲۵	—	ذکر موارد الزامی است - حداقل امتیاز این بند ۱۲/۵ محاسبه میشود
جمع امتیازات فصل و - تجهیزات پزشکی		۸۵۵	---	درصد امتیازات تکمیلی :
نظرات کارشناسان بیمه :				
ردیف	ز - سایر موارد	حد اکثر امتیاز	امتیاز تکمیلی	توضیحات
۱۰۰	وجود پرونده های کامل و فرمهای مورد نیاز	۲۵	—	