



بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

چک لیست نظارت بر مراکز درمان ناباروری

نام مرکز آدرس تلفن تاریخ بازدید..... ساعت بازدید.....

مسئولین فنی : مرکز آزمایشگاه ART .. ,..... آزمایشگاه بالینی.....

بلی خیر

- ۱- آیا پروانه های تاسیس مرکز و مسئولین فنی در مرکز نصب شده و دارای اعتبار میباشد؟ بلی خیر
- ۲- آیا برنامه پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان در مرکز نصب شده است؟ بلی خیر
- ۳- آیا نحوه حضور مسئولین فنی در مرکز مناسب میباشد؟ بلی خیر
- ۴- آیا مسئولین فنی تمهیدات لازم برای پیشگیری از عدم اشتباه در جابجا شدن تخمک و اسپرم در نظر گرفته اند؟ بلی خیر
- ۵- آیا تابلوها، سربرگها، مهر با آئین نامه ها مطابقت دارد؟ بلی خیر
- ۶- آیا تعرفه های ابلاغی و منشور حقوق بیمار در محل نصب شده است؟ بلی خیر
- ۷- آیا پرسنل درمانی دارای کارت واکسیناسیون و آبدارچی دارای کارت بهداشتی میباشد؟ بلی خیر
- ۸- آیا برای تمامی بیماران تشکیل پرونده انجام گرفته و صورت حساب خدمات ارائه شده در پرونده موجود است؟ بلی خیر
- ۹- آیا مرکز دارای متخصص بیهوشی مقیم و ارولوژیست مقیم و یا مشاور و جراح عمومی بصورت مشاور دارد؟ بلی خیر
- ۱۰- آیا در اتاق عمل مرکز ۲ نفر پرستار دوره دیده و خانم فعالیت مینمایند؟ بلی خیر
- ۱۱- آیا آزمایشگاه های مرکز دارای ۴ نفر کارشناس و کاردان آزمایشگاه میباشد؟ بلی خیر
- ۱۲- آیا مسئولین پذیرش دارای کاردانی مدرک پزشکی و یا پرستاری میباشد؟ بلی خیر
- ۱۳- آیا در بخش بستری برای جراحی محدود ۵ تخت وجود دارد؟ بلی خیر
- ۱۴- آیا در بخش بستری ۵ تخت برای انتقال جنین، ۵ تخت برای عوارض درمان با آمپولهای hcg میباشد؟ بلی خیر
- ۱۵- آیا سیستم اخطار پرسنل جهت اتاق های بستری وجود دارد؟ بلی خیر
- ۱۶- آیا مسئول آزمایشگاه و سایر کادر فنی دوره عملی درمان ناباروری را سپری نموده اند؟ بلی خیر
- ۱۷- آیا درمانگاه نازایی دارای دستگاه سونوگرافی مجهز به پرب و واژینال و ابدومینال سالم میباشد؟ بلی خیر
- ۱۸- آیا اتاق معاینه دارای کلپوسکوپی و دستگاه کرایو-نگاتوسکوپ میباشد؟ بلی خیر

- ۱۹- آیا آزمایشگاه اندرولوژی دارای دستگاه هود-سانتری فوژ-انکوباتور-میکروسکوپ-یخچال
- انکوباتور ۳۷ درجه -میکروسکوپ وامکانات آزمایشهای ایمنولوژی PCT-ASA آکروزوم, اسپرم مار میباشد؟
- ۲۰- آیا آزمایشگاه بالینی دارای دستگاه الیزاریدرباگاما کانتر -سانتری فوژ-هود-فریزر ۲۰-
- انکوباتور ۳۷ درجه -شیکر-اتوکلو-فور-دودستگاه میکروسکوپ وتجهیزات مصرفی میباشد؟
- ۲۱- آیا درمانگاه اندرولوژی دارای اتاق مجزا برای معاینه ونمونه گیری دارد؟
- ۲۲- آیا برنامه پزشکان ویا سایر کارکنان و آمار عملکرد مرکز ماهانه به معاونت درمان ارسال میگردد؟
- ۲۳- آیا برای امحاء پسماند های عفونی قرارداد با مراکز درمانی دارای دستگاه امحاء منعقد شده است؟
- ۲۴- آیا اتاق آزمایشگاه IVF دارای میکروسکوپ استریو-میکروسکوپ اینورت -انکوباتور میباشد؟
- ۲۵- آیا اتاق عمل IVF دارای دستگاههای بیهوشی -ساکشن -پالس اکسی متر -
- سونوگرافی باپروب گایدواژینال -تخت عمل میباشد؟
- ۲۶- اتاق عمل لاپاروسکوپی دارای ست لاپاروسکوپی -ست کامل جراحی -الکتروشوک -وست کامل احیاء میباشد؟
- ۲۷- آیا اتاق برای بیوفریزینگ دارای مواد نیاز فریز و دستگاه فریزینگ میباشد؟
- ۲۸- آیا اتاق برای تهیه آب مخصوص وشستشوی لوازم IVF میباشد؟
- ۲۹- آیا اتاق IVF و انبار لوازم مصرفی -رختشویخانه -CSR- اتاق مخصوص زوجین وجود دارد؟
- ۳۰- آیا فلوجارت وعلائم راهنمایی بیمار بطورمطلوب پیش بینی شده است؟
- ۳۱- آیا منبع مناسب جهت ذخیره اب برای مصرف تا ۱۲ ساعت پیش بینی شده است؟
- ۳۲- آیا محوطه مرکز مجهز به سیستم اطفاء حریق مورد تائید سازمان های ذیربط میباشد؟
- ۳۳- آیا سرویس های بهداشتی به تعداد مناسب برای بیماران و کارکنان به تفکیک جنس وجود دارد؟
- ۳۴- آیا دقت کافی در کد گذاری نمونه ها برای انجام ذخیره و فریز انجام میگردد؟
- ۳۵- آیا مرکز دارای اتاق بایگانی مناسب میباشد؟

نظریه کارشناسی :